

花蓮縣救護車裝備檢查紀錄表(一般型)

1111001 修訂

一、基本資料

設置單位		負責人姓名	
車牌號碼		救護車字號	花蓮縣護車字第 號
車身號碼		出廠日期	
放置地點			

二、車身裝備

檢查項目	合格	不合格	檢查項目	合格	不合格	檢查項目	合格	不合格
車身為白色			字體			紅十字標誌		
核准字號			紅色閃光燈			警鳴器(可調式)		
車廂內、外監視錄影器								

三、救護人員(應有 2 名以上救護人員)

姓名	執照種類	有效日期	執照隨身攜帶	登錄管理系統	穿著制服
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、救護紀錄表

1.專人管理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2.救護紀錄填寫完整 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.與轉出入醫院做好病人交班並有簽名確認 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4.有妥善保存(7年)或併入病人病歷 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

五、救護車內裝備

裝備品名	應有數	檢查結果			裝備品名	應有數	檢查結果		
		有	無	過期			有	無	過期
附有腳架滑輪之擔架床	1 組				長背板或鏟式擔架(含固定帶)	1 組			
攜帶式氧氣組(400 公升以上)	1 組				頭部固定器	1 組			
固定式氧氣組(2000 公升以上,應含流計及潮濕瓶等)	1 組				充氣、抽氣或捲筒式之固定四肢用護木	2 個			
氧氣鼻管	1 個				可拋棄式頸圈(大中小)各 2 個或可調式頸圈 3 組				
成人型氧氣面罩	1 個								
兒童用氧氣面罩	1 個				手持式血氧濃度分析儀	1 台			
非再吸入型氧氣面罩	1 個				軀幹固定器	1 組			
抽吸導管(8 號)	2 條				保護固定帶	4 條			
抽吸導管(14 號)	2 條				可丟棄式手套	1 盒			
可攜帶式抽吸器	1 個				毛毯或被單	1 條			
可折疊式搬運椅或椅式擔架	1 個				滅火器	1 個			
明顯處張貼救護車收費標準: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不適用					無線電或行動電話: <input type="checkbox"/> 功能良好 <input type="checkbox"/> 功能不佳 <input type="checkbox"/> 無設置				

救護車器材是否標示及固定歸位 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	救護車內乾淨清潔 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
行車執照定期檢驗 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(應於一週內至監理所(站)檢驗，並將結果報知本局)。	

六、一般急救箱裝備

裝備品名	應有數	檢查結果			裝備品名	應有數	檢查結果		
		有	無	過期			有	無	過期
體溫測量器	1 個				彎盆	1 個			
寬膠帶	1 個				瞳孔筆(應有備用電源)	1 支			
紙膠	1 個				驅血帶(靜脈注射用)	1 條			
止血帶	2 條				血壓計	1 個			
剪刀	1 支				聽診器	1 個			
護目鏡	2 個				鑷子(有齒、無齒)	各 1			
咬合器	2 個				壓舌板	10 支			
三角巾	5 條				酒精棉片	10 片			
外科口罩	1 盒				無菌手套	4 雙			
紗布(2*2,3*3, 4*4,5*8)	各 2				一般及感染性垃圾袋	若干			
棉棒(大、中、小)	各 3				沖洗用生理食鹽水(500ml)	1 瓶			
優點棉片(10 片)或優碘液					彈性紗繃或彈性繃帶 (大、中、小)	各 2			
鼻咽呼吸道(含 5 種以上型式)	1 組				口咽呼吸道(含 5 種以上型式)	1 組			
甦醒袋(含接頭及口罩)	1 組				甦醒袋(含接頭及口罩)依據行政院衛生署 97 年 10 月 6 日衛署醫字第 0970084317 號函釋辦理。				

七、消毒紀錄表：救護車每次值勤結束清潔乙次，並每月定期消毒乙次是 否

檢查日期	年 月 日
檢查結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 其他
建議改善事項	
受檢機關人員簽章	檢查人員簽章