

## 彰化縣政府 函

地址：50001彰化縣彰化市中山路2段416號

承辦人：周小姐

電話：04-7115141轉5403

傳真：04-7116508

電子信箱：miao@mail.chshb.gov.tw

受文者：花蓮縣衛生局

發文日期：中華民國113年1月2日

發文字號：府授衛藥字第1120521741號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：醫療器材回收計畫書及回收成果報告書範本

主旨：有關貴公司製售之「MONSTERS（衛署醫器製壹字第008558號、製造日期：2022年2月8日、批號：20220208）」醫療器材其外包裝標示與規定不符一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據高雄市彌陀區衛生所112年11月6日高市彌衛字第11270418900號函辦理。
- 二、案係高雄市彌陀區衛生所於112年10月25日派員至「宜兒樂婦嬰用品橋頭店」（地址：高雄市橋頭區樹德路42號）查獲貴公司製售之旨揭醫療器材其外包裝未依規定標示違反醫療器材管理法規定。
- 三、本案係屬第3級回收，基於民眾健康安全，請貴公司依據「醫療器材回收處理辦法」之第3級回收相關規定辦理下列事宜：
  - (一)依運銷紀錄通知直接銷貨對象，並於文到二星期內，將回收計畫書相關資料函送至本縣衛生局及衛生福利部食

花衛 113/01/03



HA1130000401

品藥物管理署。

(二) 依所擬定之回收計畫書及回收通知函，自接獲通知之日起一星期內通知相關醫療機構、經銷藥商及藥局配合下架回收，並告知相關經銷藥商協助轉知其下游醫療機構及藥局。

(三) 於完成回收之日起二星期內檢送回收成果報告書至本縣衛生局及衛生福利部食品藥物管理署。

(四) 請貴公司確實依「醫療器材回收處理辦法」第8條規定，確實記載執行通知之人員、直接銷售對象與接收通知之人員及通知之時間與方式並作成紀錄，且至少保存五年。

四、另請一併檢視貴公司製造之其他醫療器材是否有涉違反醫療器材管理法之情事，以落實自主管理之責。

五、請至衛生福利部食品藥物管理署之藥物食品化粧品上市後品質管理系統（QMS系統），登錄藥物回收通報作業。

六、檢附醫療器材回收計畫書及回收成果報告書範本。

七、副本抄送本縣相關公會轉知所屬會員配合旨揭產品下架回收作業及各縣市政府衛生局，惠請輔導貴轄機構業者倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：聚泰環保材料科技股份有限公司 代表人 周文東

副本：各縣市衛生局、彰化縣醫師公會、彰化縣診所協會、彰化縣藥師公會、彰化縣藥劑生公會、彰化縣醫療器材商業同業公會、彰化縣衛生局

